お客様各位

平成18年3月

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
信頼性保証統括部門
取締役　寺田　佳織

「薬食安発第０３０３００１号」に基づく採血用穿刺器具の「使用上の注意事項」に関するご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素はひとかたならぬご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、採血用穿刺器具（針の周辺がディスポーザブルタイプでないもの）の取扱いについて、平成１８年３月３日付け薬食安発第０３０３００１号により通知されました。つきましては、弊社が販売致しております採血用穿刺器具「ソフトクリックス（穿刺器）、ソフトクリックスミニ、ソフトクリックスプラス、マルチクリックス」に関して、使用上の注意事項をご案内させて頂きます。

弊社では、採血用穿刺器具の添付文書「禁忌・禁止」欄、或いは取扱説明書「安全上の警告･注意」欄等において、「血液による感染防止のため、複数の患者による穿刺器具の使いまわしを禁止する」旨を記載させて頂いておりますが、「採血用穿刺器具を個人の使用に限り、複数の患者に使用しない」旨を、再度周知徹底していただけますようお願い申し上げます。また、「複数患者使用不可」シールを配布させて頂きますので、穿刺器具へ貼付していただけます様お願い申しあげます。

ご質問等につきましては、担当営業、または下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

＜お問い合わせ先＞　ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
ロシュお客様センター
フリーダイアル　0120-642-860
受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）8:30～18:30